

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A. <small>Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Salerno"</small>
Prot.: SA.../ <u>2681</u>
Data <u>23-7-2020</u>



RISPOSTA QUESITI PERVENUTI

- «Procedura negoziata» ex art. 63, D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento – ex art. 36, co. 2, lett. "b", D.Lgs. 50/2016 - del Servizio biennale di monitoraggio ambientale da svolgersi presso l'impianto TMB di Battipaglia (SA), i siti di stoccaggio e le discariche gestiti dalla «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione».
- **Numero gara: 7816182;**
- **CIG: 8364457845.**

QUESITO N.1

(pervenuto a mezzo pec il 22/07/2020 acquisita, in pari data, al Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione» n. 2679):

La ditta proponente il quesito rappresenta quanto segue:

«con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto nella lettera d'invito all'art. 4 Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. c) d), in particolare all'obbligo previsto all'allegato X (parametri accreditati obbligatori), atteso che, secondo le nostre informazioni, non risultano laboratori in possesso di accreditamento ACCREDIA per le analisi di "concentrazione di odori" su matrici emissioni in atmosfera/flussi convogliati raggiungibili nelle 2 ore previste o a distanza inferiore ai 180 Km. Si prega di voler specificare se il suddetto requisito potrà essere soddisfatto mediante il subappalto verso strutture accreditate, ovvero in quale ulteriore forma».

Risposta/chiarimento:

Il requisito di cui al quesito proposto potrà essere soddisfatto, eventualmente, mediante subappalto verso strutture accreditate purché prelievo, conservazione e spedizione del campione per essere sottoposto ad analisi, rispettino quanto previsto da metodiche ufficiali.

Il tempo fra il momento del campionamento e quello dell'analisi olfattometrica deve essere minimizzato con lo scopo di ridurre le possibilità di alterazioni del campione durante lo stoccaggio.

L'intervallo tra il campionamento e la misurazione non deve comunque essere maggiore di 30 h.



In ogni caso è opportuno che sul report della prova olfattometrica siano riportate, per ciascun campione, sia l'ora di prelievo sia quella di analisi, in modo tale che sia immediatamente deducibile il tempo di stoccaggio del campione stesso.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore eventualità, si porgono distinti saluti.

«Ech Ambiente Salerno SpA in Liquidazione»

II R.U.P.

dott. Cosimo Montefusco